lopital®
Creating balance in healthcare

Instructiekaart

AMFORA

Veiligheidsvoorschriften

- Zorg ervoor dat dit systeem enkel en alleen door opgeleid personeel gebruikt wordt.
- Controleer altijd eerst de temperatuur van het water vooraleer de handdouche bij de bewoner / patiënt gebruikt wordt.
- Draag bij het gebruik van desinfecterende middelen altijd plastic handschoenen en oogbescherming.
- Volg, in geval van aanraking van het desinfectans met de ogen of huid, altijd de richtlijnen op de verpakking van het desinfectans en de veiligheidsvoorschriften.

Wassen

- Gebruik de witte handdouche voor het wassen van de patiënt.
- Stel de temperatuur in, draai de douchekraan open, en reguleer de waterstraal met de zwarte knop op de handdouche. Controleer de temperatuur alvorens de waterstraal op de patiënt gebruikt wordt.
- Let er goed op dat alle kranen na gebruik weer worden dichtgedraaid omwille van de veiligheid. Druk dan nog een keer op de zwarte knop van de handdouche om de druk van de slang te halen.

Belangrijk!
Deze instructiekaart mag niet worden gezien als vervanging van de gebruikershandleiding.

Desinfecteren

- Gebruik de rode handdouche voor het desinfecteren.
- Zorg er voor dat de flowmeter goed ingesteld is.
- Reinig de te desinfecteren oppervlakken op voorhand en droog deze voor het desinfecteren.
- Open de beveiligingskraan, open de desinfecteerkraan, en reguleer de waterstraal met de zwarte knop op de handdouche.
- Let er goed op dat alle kranen na gebruik weer worden dichtgedraaid omwille van de veiligheid. Druk dan nog een keer op de zwarte knop van de handdouche om de druk van de slang te halen.
- Laat het desinfectans de aanbevolen tijd inwerken en spoel het gedesinfecteerde apparaat daarna met water af.

Flowmeter instellen

- De flowmeter moet ingesteld worden voor het eerste gebruik, en iedere keer als een ander type desinfectans gebruikt gaat worden.
- De flowmeter zorgt er voor dat de juiste mengverhouding tussen desinfectans en water verkregen wordt.
- In de gebruikershandleiding staat een methode om deze in te stellen.
- Komt u er niet uit, aarzel dan niet om Lopital Nederland B.V. te bellen.

Onderdelen

1. Desinfecteerdouchekop (rood)
2. Desinfecteerkraan
3. Zeeppomp
4. Desinfectansfles
5. Zeepreservoir
6. Douchekraan
7. Thermostaatkraan
8. Wasdouchekop (wit)
9. Beveiligingskraan (achter geopende kap)



Bijvullen

- De zeeppompjes kunnen worden gevuld door de pomp aan de bovenkant er uit te trekken en de substantie er in te gieten.
- De zeeppompjes kunnen ook gevuld worden door de beschermkap te openen, de reservoirs los te draaien, te vullen, en weer vast te draaien.
- Het reservoir met desinfectans kan bijgevuld worden met de eerder gebruikte desinfectans, of moet worden vervangen door een nieuw reservoir wanneer er een ander desinfectans gebruikt gaat worden.
- Bijvullen kan door de dop met slang van het reservoir af te schroeven, het reservoir te vullen, en de dop met slang weer terug te schroeven. Gebruik altijd beschermende middelen.

Reinigen

- Periodieke reiniging van de buitenkant van de Amfora is aan te raden ten behoeve van hygiëne en levensduur van het apparaat.
- Controleer regelmatig of er voldoende desinfectans in het reservoir zit.
- Controleer periodiek de staat van de verschillende slangen en verbindingen op poreusheid en lekkage.

In geval van storing contact opnemen
met Lopital Nederland BV
Tel: 013-5239300 Fax: 013-5239301
E-mail: service@lopital.nl

lopital®
Creating balance in healthcare

Fiche d'instructions

AMFORA

Consignes de sécurité

- Assurez-vous que seul un personnel formé n'utilise ce système.
- Vérifiez toujours d'abord la température de l'eau avant d'utiliser la douche à main sur l'occupant / le patient.
- Lors de l'utilisation de désinfectant, portez toujours des gants en caoutchouc et une protection oculaire.
- En cas de contact du désinfectant avec les yeux ou la peau, suivez toujours les directives sur l'emballage du désinfectant et les consignes de sécurité.

Faire la toilette

- Utilisez la douchette à main blanche pour la toilette du patient.
- Réglez la température, ouvrez le robinet de la douche, puis régulez le jet d'eau à l'aide du bouton noir sur la douche à main. Vérifiez la température avant de diriger le jet d'eau vers le patient.
- Pour la sécurité, assurez-vous que tous les robinets sont bien fermés après utilisation. Appuyez encore une fois sur le bouton noir de la douche à main afin d'enlever la pression du tuyau.

Important !
Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du manuel de l'utilisateur.

Désinfecter

- Utilisez la douchette à main rouge pour la désinfection.
- Assurez-vous du bon réglage du débitmètre.
- Nettoyez les surfaces à désinfecter au préalable, puis séchez-les avant la désinfection.
- Ouvrez le robinet de sécurité, ouvrez le robinet de désinfection, puis régulez le jet d'eau avec le bouton noir sur la douchette à main.
- Pour la sécurité, assurez-vous que tous les robinets sont bien fermés après utilisation. Appuyez encore une fois sur le bouton noir de la douchette à main afin d'enlever la pression du tuyau.
- Laissez agir le désinfectant le temps conseillé, puis rincez l'appareil désinfecté à l'eau.

Réglage du débitmètre

- Le débitmètre doit être réglé avant la première utilisation, et chaque fois qu'un autre type de désinfectant sera utilisé.
- Le débitmètre permet d'obtenir la bonne proportion de mélange entre le désinfectant et l'eau.
- La méthode de réglage est expliquée dans le manuel d'utilisation.
- Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à appeler Lopital Nederland B.V.

Éléments

1. Douchette de désinfection (rouge)
2. Robinet de désinfection
3. Pompe à savon
4. Flacon de désinfectant
5. Réservoir à savon
6. Robinet de douche
7. Robinet thermostatique
8. Douchette de lavage (blanche)
9. Robinet de sécurité (derrière le capot ouvert)



Rechargement

- Pour remplir les pompes à savon, tirez-la par le haut et en versez le liquide à l'intérieur
- Une autre façon de remplir les pompes à savon est d'ouvrir le capuchon de protection, de dévisser les réservoirs, de les remplir, puis de les revisser.
- Le réservoir de désinfectant peut être rempli avec celui utilisé précédemment. Si le désinfectant suivant est différent, il faut utiliser un nouveau réservoir.
- Pour recharger, dévissez le bouchon avec le tuyau du réservoir, remplissez le réservoir, puis revissez le bouchon avec le tuyau. Utilise toujours des moyens de protection.

Nettoyage

- Pour l'hygiène, et pour prolonger la durée de vie de l'appareil, nous conseillons un nettoyage périodique de l'Amfora.
- Vérifiez régulièrement si le réservoir contient suffisamment de désinfectant.
- Vérifiez périodiquement l'état des différents tuyaux et branchements pour détecter toute porosité ou fuite.

En cas de panne, prenez contact avec
Lopital Nederland BV.
Tel. : +31 13 5239300 Fax : +31 13 5239301
E-mail : service@lopital.nl